
Внесены изменения в ROOTT S имплантат:




Старый дизайн имплантата C3512ms

Новый дизайн имплантата C3512ms

Узкая форма абатмента позволяет избежать резорбции кости.
Удлиненная шейка поможет избежать резорбции кости на уровне первой резьбы и ниже. Дизайн резьбы обеспечивает высокую первичную стабильность для типа кости D3-D4.

Ввиду изменений в имплантате ROOTT S будет также изменена упаковка. Из-за изменений в соединении имплантата с пластиковым держателем, имплантат ROOTT S будет упакован без носителя CREM.



Изменения в протоколе установки:
Извлеките имплантат с помощью зеленого держателя.



Используйте имплантовод S ITMS/ITMSL/ITMSXL и установите на имплантат.



Плотно прикрутите SITMS/SITMSL/SITMSXL к имплантату.



Отсоединение имплантата от платформы допускается двумя способами: простым переломом, либо скручивающим движением.



ROOTT S

ROOTT



